

NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA

Considerando um erro na impressão do rótulo da embalagem primária filme verso, onde não consta a marca do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) como Organismo Certificador do Produto (OCP) acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), da Marca “Preservativos Natex”, os lotes informados abaixo apresentam a descrição de marca INMETRO e OCP em vez de INMETRO e INT, conforme relacionado a seguir:



24JUL16-01; 28JUL16-01; 02SET16-01; 03SET16-02; 04SET16-02; 05SET16-02; 06SET16-01;
07SET16-01; 08SET16-01; 09SET16-02; 10SET16-02; 11SET16-03; 12SET16-01; 14SET16-01;
15SET16-01; 16SET16-01; 17SET16-03; 17SET16-02; 02SET16-02; 03SET16-01; 04SET16-01;
05SET16-01; 06SET16-02; 07SET16-02; 08SET16-02; 09SET16-01; 10SET16-01; 11SET16-01;
11SET16-02; 12SET16-02; 13SET16-02; 14SET16-02; 15SET16-02; 16SET16-03; 17SET16-01;
19SET16-03; 18SET16-01; 23JUL16-01; 02SET16-03; 03SET16-03; 04SET16-03; 05SET16-03;
06SET16-03; 07SET16-03; 08SET16-03; 09SET16-03; 10SET16-03; 12SET16-03; 13SET16-01;
13SET16-03; 14SET16-03; 15SET16-03; 16SET16-02; 19SET16-02

Informamos que nas caixas de grossa, embalagem secundária onde estão acondicionados os Preservativos Masculino Natex, consta a marca do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) como Organismo Certificador do Produto (OCP), conforme apresentado a seguir:



Desta forma reiteramos que, o Organismo Certificador do Produto (OCP) para o Preservativo Masculino de Borracha Natural da marca “Preservativos Natex” é o **Instituto Nacional de Tecnologia (INT)**, que executa a certificação pelas normas da Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa - RDC nº 62/2008, Resolução da Diretoria Colegiada Anvisa RDC nº 16/2013, Portaria do INMETRO/MDIC nº 50/2002 e NBR 11598/89, através de avaliações trimestrais no processo produtivo e ensaios no produto e atestou a conformidade do produto “Preservativos Natex” nas auditorias realizadas em 2016 englobando os lotes acima mencionados.

Maisa Silva Farias
Responsável Técnica do Produto
CRF/1139-AC